

MRIを受けられる方へ

ネイルアートは除去して、ご来院ください

ジェルネイル(カラージェル)、金属パーツやマグネットネイルをつけたままMRIを受けた場合、患者さん、MRI機器、双方にトラブルが生じる可能性があります。



金属パーツやラメなどは特にやけどの危険があります



マグネットネイルは成分に鉄粉が含まれるためNG

患者さんへの影響	機器トラブル
<ul style="list-style-type: none">・爪や皮膚にやけどをすることがあります。・変色したり焦げたような臭いがすることがあります。	<ul style="list-style-type: none">・ネイルの一部が磁力で吸引され、剥離片で機器が故障することがあります。

当院では、MRI検査の場合、安全に検査を受けていただくためネイルの種類、装着部位(手・足)に関わらず、除去をお願いしています。